


Sommario della pubblicazione

Riabilitazione Implantoprotesica con Rialzo del Seno Mascellare con accesso Crestale e posizionamento di 3 Impianti - Metodica S.A.S.

Operatore: Dr. Mariani Attilio libero professionista in Livorno(LI)

Scopo:

Riabilitazione dell'emi arcata superiore sinistra. Si può valutare la pneumatizzazione del seno con osso residuo da 6 a 3 mm. Per evitare il grande rialzo del seno mascellare, si ricorre alla chirurgia guidata per posizionare gli impianti dove la quantità di osso residuo permette di ottenere la stabilità primaria.




Metodi e materiali:

Si utilizza la metodica S.A.S. Tiradix (Kit Chirurgico Studiato per eseguire il Rialzo Atraumatico del Seno Mascellare con accesso Crestale). Si Procede al sollevamento della membrana di Schneider ed inserimento di Beta fosfato di calcio multiporoso Poresorb®. Vengono inseriti tre impianti Tiradix Ø 3,75mm della lunghezza di 8mm , 10mm e 13mm.

Risultati:

Posizionati gli impianti si attendono 6 mesi prima di procedere alla presa delle impronte e alla costruzione del manufatto protesico avvitato.



Letteratura TiRADIX

Conclusione:

La paziente è stata riabilitata in maniera appropriata, riducendo la morbidità data da un rialzo del seno mascelare per via vestibolare.

Ridotti anche i tempi della riabilitazione, dai 10 mesi previsti (6 mesi dall'intervento di Sinus Lifting e successivi 4 mesi di osteointegrazione) si è riusciti a protesizzare la paziente in soli 6 mesi dall'inizio del trattamento con un unico intervento chirurgico.



TiRADIX

SEMPLICITÀ E SICUREZZA

TiRADIX Srl - Via Rovereto 1 - 20871 Vimercate (MB) Italy
tel +39 039 6612705 - fax + 39 039 6388468 - Email info@tiradix.it